

激光安全等级检测证书

证书编号: CTNT230105003-ZS

申请人 : 视康医疗器械(山东)有限公司

地址 : 山东省聊城市东昌府区古楼办事处西安交大科技园 6 号楼 16 层 A2 室

制造商 : 视康医疗器械(山东)有限公司

地址 : 山东省聊城市东昌府区古楼办事处西安交大科技园 6 号楼 16 层 A2 室

产品名称 : 六和阳光哺光仪

商标 : 六和阳光

型号 : SK-LHYG-BX-A

激光等级 : 1 类(连续型、波长 650nm±10nm)

检测报告编号 : 中为检字第 230105003 号

测试标准 : GB 7247.1-2012

依据GB 7247.1-2012《激光产品的安全第1部分:设备分类、要求》对上述激光产品进行检测。

经检测,样品激光安全等级符合上述激光等级的分类要求(具体技术指标详见上述编号的检测报告)。

测试报告为测试证书的一部分,测试证书与报告一同使用有效。

本测试证书可在网站www.ctnt-cert.com查询。



深圳市中为检验技术有限公司

深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106

网址: <http://www.ctnt-cert.com> 电话: 86-755-2868 0489 邮箱: admin@ctnt-cert.com