



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230320006 号

产品名称：医用内窥镜冷光源

产品型号：LR600-A

申请公司：湖南英术生命科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@cntt-cert.com 网址：www.cntt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	医用内窥镜冷光源	产品型号	LR600-A
申请单位名称	湖南英术生命科技有限公司	申请单位地址	湘潭经开区和平街道东风路 31 号创新创业中心 10 号楼四层
制造单位名称	湖南英术生命科技有限公司	制造单位地址	湘潭经开区和平街道东风路 31 号创新创业中心 10 号楼四层
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 03 月 20 日
样品状态说明	供电额定电压：100-240V~ 50/60Hz。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	医用内窥镜冷光源的激光安全等级为 3R 类，详见报告后续页面。 		
备注	LR600-B, LR600-C, LR600-D 与主检型号产品结构、规格相同，差异仅为产品外观装饰及命名型号，差异不影响产品安全性和性能。测试仅在主检型号 LR600-A 上进行。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

周磊

审核：

陆祖年

批准：

赵反中