

检验检测报告



报告编号：中为检字第 240911003 号

产品名称：粉尘浓度测量仪

产品型号：ASD-F1000

申请公司：沈阳安仕得科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	粉尘浓度测量仪	产品型号	ASD-F1000
申请单位名称	沈阳安仕得科技有限公司	申请单位地址	辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街 77-11 号
制造单位名称	沈阳安仕得科技有限公司	制造单位地址	辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街 77-11 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 09 月 11 日
样品数量	1 个	检测时间	2024 年 09 月 19 日
样品状态说明	外部电源供电：12~24V--- 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	粉尘浓度测量仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后续内容。 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 09 月 20 日		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：蒙江羽

审核：龙涛

批准：赵反中

标记副本：

下面的插图可能只是草稿。制造商应将激光标记固定在产品的适当位置。



标记 1：说明标记