

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2410250050101 号

产品名称：激光理疗仪

产品型号：EL05

申请公司：湖南大风联合控股集团有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	激光理疗仪	产品型号	EL05
委托单位名称	湖南大风联合控股集团有限公司	委托单位地址	湖南省益阳市桃江县桃花江镇经济开发区国辰高新科技产业园第 12 栋 4 楼
生产单位名称	湖南大风联合控股集团有限公司	生产单位地址	湖南省益阳市桃江县桃花江镇经济开发区国辰高新科技产业园第 12 栋 4 楼
到样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 10 月 25 日
样品数量	1 件	检测时间	2024 年 10 月 28 日
样品状态说明	样品规格：额定充电输入：5V 0.5A 电池参数：900mAh 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 检验检测专用章 签发日期：2024 年 10 月 29 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	附加型号 BI05 与主测型号的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 EL05 上进行。		

编制：田国海

审核：陈一东

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[☒] 驻立式[] 固定式[] 嵌入式[]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[☒] 其他[]
3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
——装有一个插头的电源软线[]
——使用专用电源适配器[]
——Type-C 输入插口为电池充电[☒]
——器具由电池供电[☒]

打算永久性连接到固定布线：
——连接固定布线电缆的一组接线端子[]
——连接柔性软线的一组接线端子[]
——一组电源引线[]
——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

激光理疗仪

产品型号：EL05
额定充电输入：5V  0.5A
电池参数：900mAh
执行标准：GB 4706.1-2005



承销商：湖南大风联合控股集团有限公司

产品铭牌样式