

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2410250040101 号

产品名称：智能手表药盒

产品型号：KY-S03

申请公司：东莞市览成电子科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[☒] 其他[]
2. 与电源连接的方式：
- 不打算永久性连接到固定布线：
- 装有一个插头的电源软线[]
 - 直插式[]
 - 由适配器连接[]
- 打算永久性连接到固定布线：
- 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
 - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]
- Ⅲ类器具：
- 由电源适配器为电池充电[]
 - 由直流输入供电[]
 - 由电池供电,带有输入接口,可为电池充电[☒]
 - 装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]
 - 电池供电[]

智能手表药盒
产品型号：KY-S03
额定充电输入：5V[⎓] 1A
执行标准：GB 4943.1-2022

中国制造
制造商：东莞市览成电子科技有限公司
产品铭牌样式