

检验检测报告



报告编号：中为检字第 240626009R 号

产品名称：Nd: YGA 皮秒激光治疗仪

产品型号：Picopeak

申请单位：美敦宜（山东）医疗器械有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	Nd: YGA 皮秒激光治疗仪	产品型号	Picopeak
申请单位名称	美敦宜（山东）医疗器械有限公司	申请单位地址	山东省济南市章丘区官庄街道普雪路济南智造新城 18 号车间
生产单位名称	美敦宜（山东）医疗器械有限公司	生产单位地址	山东省济南市章丘区官庄街道普雪路济南智造新城 18 号车间
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 06 月 26 日
样品数量	1 台	测试时间	2024 年 07 月 02 日-07 月 05 日
样品状态说明	供电额定电压：100-240V~，50/60Hz，供电额定电流：10A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检测项目	产品技术要求“性能指标”全项		
检验依据	美敦宜（山东）医疗器械有限公司《Nd: YGA 皮秒激光治疗仪产品技术要求》		
检验结论	检测结果符合产品技术要求“性能指标”全项的要求。 详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 07 月 12 日 检验检测专用章		
备注	1, 受检的产品在环境温度为 25.5℃，湿度为 44%，大气压力为 1011hPa 环境下进行检测。 2, 该产品技术要求部分涉及国家标准、行业标准，不能直接作为资质认定许可的依据，但本实验室对报告涉及的检测项目具备相应的承检能力。		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。		

编制：谢记洋 审核 陆祖年 批准：赵反中