

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2409300060101R 号

产品名称： 麻醉咽喉镜

产品型号： HP-W

申请单位： 深圳海业医疗科技有限公司

检验类别： 委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	麻醉咽喉镜	产品型号	HP-W
委托单位名称	深圳海业医疗科技有限公司	申请单位地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号格兰达装备产业园二期厂房 401F 区
生产单位名称	深圳海业医疗科技有限公司	生产单位地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号格兰达装备产业园二期厂房 401F 区
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 09 月 30 日
样品数量	1 个	测试时间	2024 年 09 月 30 日-10 月 25 日
样品状态说明	供电额定电压：3V $\overline{\text{---}}$ ； 样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检测项目	色温、波长、光输出（光通量）、光输出功率		
检验依据	深圳海业医疗科技有限公司《麻醉咽喉镜技术要求》		
检验结论	详见后续页面。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 10 月 31 日 检验检测专用章		
备注	1, 本次主测型号 HP-W 与系列型号 HP-Z 仅型号命名及外观装饰不同，其他均相同。差异不影响产品安全和性能。 2, 该产品技术要求部分涉及国家标准、行业标准，不能直接作为资质认定许可的依据，但本实验室对报告涉及的检测项目具备相应的承检能力。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：谢江华 审核：龙涛 批准：赵反中