

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230416005 号

产品名称：手持式激光测距仪

产品型号：LM50V+

申请公司：优利德科技（中国）股份有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	手持式激光测距仪	产品型号	LM50V+
申请单位名称	优利德科技（中国）股份有限公司	申请单位地址	广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号
制造单位名称	优利德科技（中国）股份有限公司	制造单位地址	广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 11 月 28 日
样品状态说明	电池供电 3V ⁺ 。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	手持式激光测距仪的激光安全等级为 2 类，详见报告后续页面。 (检验检测专用章) 签发日期：2023 年 04 月 14 日		
备注	本报告检测数据基于原报告“中为检字第 221126001 号”，差异仅为产品外观装饰及命名型号，差异不影响产品安全性和性能。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：周磊 审核：陆祖年 批准：赵反中