

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2410110070101 号

产品名称：多功能导液按摩梳

产品型号：GS-MC1

申请公司：广东科西智能科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	多功能导液按摩梳	产品型号	GS-MC1
申请单位名称	广东科西智能科技有限公司	申请单位地址	广东省佛山市顺德区容桂街道卫红社区容桂大道北 120 号 2 号厂房三层之二十三（住所申报）
制造单位名称	广东科西智能科技有限公司	制造单位地址	广东省佛山市顺德区容桂街道卫红社区容桂大道北 120 号 2 号厂房三层之二十三（住所申报）
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 10 月 11 日
样品数量	1 个	测试时间	2024 年 10 月 15 日
样品状态说明	额定输入：5V $\overline{\text{---}}$ 1A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	广东省深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 108 号 C 栋 2 楼 114。		
检验依据	GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》		
判定依据	同检验依据。		
检验项目	光生物安全性。		
检验结论	依据 GB/T 20145-2006 进行分类，产品的危害等级为无危害类。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 10 月 18 日		
备注	产品为脉冲工作模式，有红光、蓝光两种发光模式，应申请商要求只测试蓝光模式。 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：对该项不作判断。		

编制：周裕高

审核：龙涛

批准：赵反中