

检验检测报告



报告编号：中为检字第 240802004 号(A1)

产品名称： 眼科光学生物测量仪

产品型号： Swan 690M

申请公司： 长沙安视康医疗科技有限公司

检验类别： 委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	眼科光学生物测量仪	产品型号	Swan 690M
委托单位名称	长沙安视康医疗科技有限公司	委托单位地址	湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区新天北路 001 号湖南省大学科技园 3 栋 302-303 室
生产单位名称	长沙安视康医疗科技有限公司	生产单位地址	湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区新天北路 001 号湖南省大学科技园 3 栋 302-303 室
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 07 月 18 日
样品数量	1 台	测试时间	2024 年 07 月 26 日
样品状态说明	本产品由电源适配器供电 输入电压：100-240V~ 50/60Hz 2.5A 输出电压：12V $\overline{\sim}$ 12.5A 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	眼科光学生物测量仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 检验检测专用章 签发日期 2024 年 10 月 12 日		
备注	1. 本次主测型号 Swan 690M 与覆盖型号 Swan 680M、Swan 681M、Swan 682M、Swan 670M、Swan 660S、Swan 650S、Swan 630S、Swan 660E、Swan 630E、Swan 660M、Swan 650M、Swan 620S、Swan 610S、Swan 620E、Swan 610E、Swan 600P、Swan 600、Swan 790M、Swan 780M、Swan 781M、Swan 782M、Swan 770M、Swan 760S、Swan 750S、Swan 730S、Swan 760E、Swan 730E、Swan 700P、Swan 760M、Swan 750M、Swan 720S、Swan 710S、Swan 720E、Swan 710E、Swan 700 仅型号命名及外观装饰不同，其他均相同。差异不影响产品安全和性能。 2. 本报告为原报告中为检字第 240802004 号的第一次修订版本，使用报告编号后加 A1 进行识别。修改内容为添加 Swan681M、Swan 682M、Swan 781M、Swan 782M 四款系列型号，其他无变更，本修改后报告替代原报告。		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。		

编制：蒙江羽

审核：陆祖年

批准：李反中