

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 240727016 号

产品名称：颈椎红蓝光能量仪

产品型号：CK100

申请公司：武汉创美康科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司  
检验检测报告

产品名称	颈椎红蓝光能量仪	产品型号	CK100
申请单位名称	武汉创美康科技有限公司	申请单位地址	武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街 10 栋 (原 3) 1 单元 1 层 01 室 2804 号
制造单位名称	武汉创美康科技有限公司	制造单位地址	武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街 10 栋 (原 3) 1 单元 1 层 01 室 2804 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 09 月 18 日
样品数量	1 个	测试时间	2024 年 09 月 19 日
样品状态说明	额定输入参数：5V $\overline{\text{---}}$ 1A 0.5W。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106。		
检验依据	GB/T 41265-2022 《可穿戴设备的光辐射安全要求》		
判定依据	GB/T 41265-2022 《可穿戴设备的光辐射安全要求》		
检验项目	危险类别。		
检验结论	产品的危险类别为豁免类 (RG0)，详见报告后续页面。 签发日期：2024 年 10 月 11 日		
备注	商标 (由委托商提供)：“创美康”。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

周裕磊

审核：

老清

批准：

赵反中