

检验检测报告



报告编号：中为检字第 240913002 号

产品名称：甲烷模组

产品型号：Z-CH4-S

申请公司：吉林市众拓科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	甲烷模组	产品型号	Z-CH4-S
申请单位名称	吉林市众拓科技有限公司	申请单位地址	吉林省吉林市船营区安顺小区 16 号楼 5 单元 3 层 61 号
制造单位名称	吉林市众拓科技有限公司	制造单位地址	吉林省吉林市船营区安顺小区 16 号楼 5 单元 3 层 61 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 08 月 23 日
样品数量	1 个	测试时间	2024 年 08 月 30 日 - 09 月 02 日
样品状态说明	供电额定电压：12V $\overline{\text{---}}$ ，供电额定电流：0.25A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	甲烷模组的指示激光安全等级为 3R 类，工作激光的激光安全等级为 1 类。 受检激光产品最终判定等级为 3R 类。 详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 09 月 04 日		
备注	报告中产品与原报告（报告编号：中为检字第 240823006 号）中产品一致，仅更换持证申请公司、产品名称和产品型号。生产工艺和流程未变更。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：谢记洋 审核：陆祖年 批准：赵民