

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2411180170101 号

产品名称：激光器甲烷传感器

产品型号：THD16537XPT

申请公司：成都储翰科技股份有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	激光器甲烷传感器	产品型号	THD16537XPT
申请单位名称	成都储翰科技股份有限公司	申请单位地址	四川省成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号
制造单位名称	成都储翰科技股份有限公司	制造单位地址	四川省成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 11 月 19 日
样品数量	1 个	测试时间	2024 年 11 月 19 日
样品状态说明	供电额定电压：3.3V  送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	激光器甲烷传感器的激光安全等级为 1 类。 详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 11 月 20 日 检验检测专用章		
备注	受检激光产品非最终产品。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：谢记萍 审核：龙涛 批准：赵民