

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230817001 号 (A1)

产品名称：眼科光学生物测量仪

产品型号：Swan 600T

申请公司：长沙安视康医疗科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	眼科光学生物测量仪	产品型号	Swan 600T
申请单位名称	长沙安视康医疗科技有限公司	申请单位地址	湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号湖南大学科技园 3 栋 302 室
制造单位名称	长沙安视康医疗科技有限公司	制造单位地址	湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路 001 号湖南大学科技园 3 栋 302 室
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 8 月 25 日-9 月 18 日
样品状态说明	本产品由电源适配器供电 输入电压：100-240V~ 50/60Hz 2.0A 输出电压：12V $\overline{\sim}$ 8.5A 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	广东省深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 108 号 C 栋 2 楼 114		
检验依据	ISO15004-2 眼科仪器—基本要求和试验方法—第 2 部分：光危害防护		
判定依据	同检验依据		
检验项目	光危害分类等级		
检验结论	产品分类结果为 1 类仪器，没有潜在光危害。  签发日期：2023 年 11 月 23 日		
备注	1. 本次主测型号 Swan 600T 与系列型号 Swan 690M、Swan 680M、Swan 670M、Swan 660M、Swan 650M、Swan 660S、Swan 650S、Swan 630S、Swan 620S、Swan 610S、Swan 660E、Swan 630E、Swan 620E、Swan 610E。仅型号命名及外观装饰不同，其他均相同。差异不影响产品光生物安全性。 2. 本报告中产品与原报告（报告编号：中为检字第 230817001 号）中产品一致，仅更换系列型号名称。生产工艺和流程未变更。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：对该项不作判断。		

编制：龙涛 审核：陆祖年 批准：李反中