

检验检测报告



报告编号：中为检字第 240620008 号

产品名称：视训仪

产品型号：QY-28

申请公司：杭州康目达电子科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	视训仪	产品型号	QY-28
申请单位名称	杭州康目达电子科技有限公司	申请单位地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园 C 幢 417 室
制造单位名称	杭州康目达电子科技有限公司	制造单位地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园 C 幢 417 室
来样方式	/	到样时间	2024 年 06 月 20 日
样品数量	1 个	测试时间	2024 年 06 月 28 日
样品状态说明	12V $\overline{\sim}$ 0.1A 6W 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	广东省深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 108 号 C 栋 2 楼 114		
检验依据	ISO15004-2 眼科仪器—基本要求和试验方法—第 2 部分：光危害防护		
判定依据	同检验依据		
检验项目	光危害分类等级		
检验结论	产品分类结果为 1 类仪器，没有潜在光危害。  签发日期：2024 年 07 月 03 日		
备注	1. 该产品视敏、集合、散开模式谱宽范围为 400nm-780nm。 2. 该产品捕光模式谱宽范围为 420nm-870nm。 3. 产品以连续波工作。 4. 商标“强眼”，由申请单位提供。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：对该项不作判断。		

编制：龙涛

审核：陆祖年

批准：赵反中