

检验检测报告



报告编号：中为检字第 240312006 号

产品名称：强脉冲治疗仪

产品型号：MDSQMC-01

申请公司：美杜莎（广西）医疗器械有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	强脉冲治疗仪	产品型号	MDSQMC-01
申请单位名称	美杜莎（广西）医疗器械有限公司	申请单位地址	玉林市仁厚镇玉林中医药健康产业园区仁厚路与纬二路交叉口西北侧 1 号楼 602 室
制造单位名称	美杜莎（广西）医疗器械有限公司	制造单位地址	玉林市仁厚镇玉林中医药健康产业园区仁厚路与纬二路交叉口西北侧 1 号楼 602 室
来样方式	委托方送样	到样时间	2023 年 08 月 22 日
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 08 月 25 日-09 月 19 日
样品状态说明	输入电压：100-240V~50/60Hz 10-24A, 2400VA 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	广东省深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 108 号 C 栋 2 楼 114		
检验依据	GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》		
判定依据	同检验依据		
检验项目	光生物安全性		
检验结论	依据 GB/T 20145-2006 进行分类，515nm、560nm、590nm、615nm、640nm、695nm 滤光模式的危害等级为无危害类，Acne 滤光模式和原始手柄的危害等级为 2 类危险(中度危险)，综合考量产品的危害等级为 2 类危险(中度危险)。 (检验检测专用章) 签发日期：2024 年 04 月 01 日 检验检测专用章		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：对该项不作判断。		

编制：

龙涛

审核：

陆祖年

批准：

赵反中