

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2411290010101 号

产品名称：超声舒筋美容仪

产品型号：ZB-03-08

申请公司：保定市针帮医疗科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	超声舒筋美容仪	产品型号	ZB-03-08
委托单位名称	保定市针帮医疗科技有限公司	委托单位地址	河北省保定市满城区中山东路 206 号
生产单位名称	保定市针帮医疗科技有限公司	生产单位地址	河北省保定市满城区中山东路 206 号
到样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 12 月 03 日
样品数量	1 台	检测时间	2024 年 12 月 10 日-12 月 12 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：220V~ 50Hz 额定功率：180W 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB/T 36419-2018 《家用和类似用途皮肤美容仪》		
判断依据	同检测依据		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 12 月 16 日 检验检测专用章		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：针帮（由委托商提供）； 附加型号 ZB-03-04 与主测型号的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 ZB-03-08 上进行。		

编制：刘晏汶

审核：杨一东

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[☒] 驻立式[☐] 固定式[☐] 嵌装式[☐]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[☒] Ⅱ类[☐] Ⅲ类[☐] 其他[☐]
3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
——装有一个插头的电源软线[☒]
——使用专用电源适配器[☐]
——Type-C 输入插口为电池充电[☐]
——器具由电池供电[☐]

打算永久性连接到固定布线：
——连接固定布线电缆的一组接线端子[☐]
——连接柔性软线的一组接线端子[☐]
——一组电源引线[☐]
——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[☐]

超声舒筋美容仪

产品型号：ZB-03-08

额定输入：220V~ 50Hz

额定功率：180W

执行标准：GB/T 36419-2018

中国制造

制造商：保定市针帮医疗科技有限公司

产品铭牌样式