

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 2412130130101 号

产品名称： 激光器

产品型号： JZ-01

申请公司： 山东极致光电科技有限公司

检验类别： 委托检验

深圳市中为检验技术有限公司





深圳市中为检验技术有限公司  
检验检测报告

|               |                                                                                                |        |                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 产品名称          | 激光器                                                                                            | 产品型号   | JZ-01                                   |
| 申请单位名称        | 山东极致光电科技有限公司                                                                                   | 申请单位地址 | 山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山东大学科技产业园 7 号楼 419 室 |
| 制造单位名称        | 山东极致光电科技有限公司                                                                                   | 制造单位地址 | 山东省济南市高新区颖秀路 2600 号山东大学科技产业园 7 号楼 419 室 |
| 来样方式          | 委托方送样                                                                                          | 到样时间   | 2024 年 12 月 13 日                        |
| 样品数量          | 1 个                                                                                            | 测试时间   | 2024 年 12 月 16 日                        |
| 样品状态说明        | 供电额定电压：1.75V，供电额定电流：1.06A。<br>送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。                                              |        |                                         |
| 检验地点          | 深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106                                                                  |        |                                         |
| 检验依据          | GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》                                                         |        |                                         |
| 判定依据          | GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》                                                         |        |                                         |
| 检验项目          | 激光安全等级                                                                                         |        |                                         |
| 检验结论          | JZ-01 型激光器的激光安全等级为 3R 类，详见报告后续页面<br><div>（检验检测专用章）<br/>签发日期：2024 年 12 月 18 日<br/>检验检测专用章</div> |        |                                         |
| 备注            | /                                                                                              |        |                                         |
| 可能的检验情况判定适用说明 | P：测试样品符合标准要求。<br>N：该试验项目不适用于样品。<br>F：测试样品不符合标准要求。                                              |        |                                         |

编制：谢江华

审核：龙涛

批准：赵反中