

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2412060050102 号

产品名称：激光雨滴谱仪

产品型号：ZX-Parsivel²

申请公司：北京众信润达科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	激光雨滴谱仪	产品型号	ZX-Parsivel ²
申请单位名称	北京众信润达科技有限公司	申请单位地址	北京市顺义区南法信镇北法信村 信顺街 11 号
制造单位名称	北京众信润达科技有限公司	制造单位地址	北京市顺义区南法信镇北法信村 信顺街 11 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 12 月 16 日
样品数量	1 个	检测时间	2024 年 12 月 24 日
样品状态说明	外部电源供电：12V $\overline{\text{---}}$ 0.2A 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106。		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级。		
检验结论	激光雨滴谱仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。 		
备注	被检样品为激光雨滴谱仪，其中配件包含一条电源线。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：蒙江羽

审核：龙涛

批准：赵反中