

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2412110080101 号

产品名称：内窥镜用冷光源

产品型号：DPM-LIGHT-04

申请公司：珠海市迪谱医疗科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	内窥镜用冷光源	产品型号	DPM-LIGHT-04
申请单位名称	珠海市迪谱医疗科技有限公司	申请单位地址	珠海市金湾区三灶镇机场西路 628 号珠海国际健康港 GMP 生产车间 13 栋 1 层
制造单位名称	珠海市迪谱医疗科技有限公司	制造单位地址	珠海市金湾区三灶镇机场西路 628 号珠海国际健康港 GMP 生产车间 13 栋 1 层
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 12 月 11 日
样品数量	1 个	测试时间	2024 年 12 月 17 日
样品状态说明	供电额定电压：220V~ 50Hz，供电额定电流：350VA。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	DPM-LIGHT-04 型内窥镜用冷光源的激光安全等级为 3R 类，详见报告后续页面。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 12 月 27 日		
备注	主机激光输出口具有联锁机制，光纤未插入时不发射激光。本次测试参考点为光纤输出口。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：周裕磊

审核：龙涛

批准：赵反中