

激光安全等级检测证书

证书编号: CTNT240814005-ZS

申请人 : 徐州市科诺医学仪器设备有限公司

地址 : 徐州经济开发区科诺大厦 (金山桥大厦西隔壁)

制造商 : 徐州市科诺医学仪器设备有限公司

地址 : 徐州经济开发区科诺大厦 (金山桥大厦西隔壁)

产品名称 : 半导体激光治疗仪

商标 : /

型号 : KN-8000A3

激光等级 : 3R 类 (波长: 830nm $\pm$ 5nm, 655nm $\pm$ 5nm)

检测报告编号 : 中为检字第 240814005 号

测试标准 : GB 7247.1-2012

依据GB 7247.1-2012《激光产品的安全第1部分: 设备分类、要求》对上述激光产品进行检测。

经检测, 样品激光安全等级符合上述激光等级的分类要求 (具体技术指标详见上述编号的检测报告)。

测试报告为测试证书的一部分, 测试证书与报告一同使用有效。

本测试证书可在网站www.ctnt-cert.com查询。



深圳市中为检验技术有限公司

深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106

网址: <http://www.ctnt-cert.com>

电话: 86-755-2868 0489

邮箱: admin@ctnt-cert.com