

激光安全等级检测证书

证书编号: CTNT2412130020201-ZS

申请人 : 达科为(深圳)医疗设备有限公司

地址 : 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区卢辉路2号B栋5楼

制造商 : 达科为(深圳)医疗设备有限公司

地址 : 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区卢辉路2号B栋5楼

产品名称 : 病理切片扫描仪

商标 : /

型号 : DS30, DS30R

激光等级 : 1类(波长: 850nm $\pm$ 10nm)

检测报告编号 : 中为检字第2412130020201号

测试标准 : GB 7247.1-2012

依据GB 7247.1-2012《激光产品的安全第1部分: 设备分类、要求》对上述激光产品进行检测。

经检测, 样品激光安全等级符合上述激光等级的分类要求(具体技术指标详见上述编号的检测报告)。

测试报告为测试证书的一部分, 测试证书与报告一同使用有效。

本测试证书可在网站www.ctnt-cert.com查询。



深圳市中为检验技术有限公司

深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路109号1A106

网址: <http://www.ctnt-cert.com>

电话: 86-755-2868 0489

邮箱: admin@ctnt-cert.com