

检验检测报告



报告编号：中为检字第 240814005 号

产品名称： 半导体激光治疗仪

产品型号： KN-8000A3

申请公司： 徐州市科诺医学仪器设备有限公司

检验类别： 委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	半导体激光治疗仪	产品型号	KN-8000A3
申请单位名称	徐州市科诺医学仪器设备有限公司	申请单位地址	徐州经济开发区科诺大厦（金山桥大厦西隔壁）
制造单位名称	徐州市科诺医学仪器设备有限公司	制造单位地址	徐州经济开发区科诺大厦（金山桥大厦西隔壁）
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 08 月 14 日
样品数量	1 个	测试时间	2024 年 08 月 20 日-09 月 09 日
样品状态说明	供电额定电压：100-240V~ 50/60Hz，供电额定功率：1000VA。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	半导体激光治疗仪的激光安全等级为 3R 类，详见报告后续页面。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 12 月 31 日		
备注	1，受检激光产品有四个工作模式，分别为 2Hz、5Hz、10Hz 脉冲模式和连续模式，考虑每个模式下的辐射。 2，每个脉冲模式下对应的脉宽都是固定的。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：谢廷洋

审核：龙涛

批准：李反中