

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2412130020201 号

产品名称：病理切片扫描仪

产品型号：DS30

申请公司：达科为（深圳）医疗设备有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	病理切片扫描仪	产品型号	DS30
申请单位名称	达科为（深圳）医疗设备有限公司	申请单位地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区卢辉路 2 号 B 栋 5 楼
制造单位名称	达科为（深圳）医疗设备有限公司	制造单位地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区卢辉路 2 号 B 栋 5 楼
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 12 月 17 日
样品数量	1 个	测试时间	2024 年 12 月 19 日
样品状态说明	供电额定电压：100-240V~ 50/60Hz，供电额定电流：6A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	病理切片扫描仪的激光安全等级为 1 类。 详见报告后续页面。 		
备注	本次主测型号 DS30 与系列型号 DS30R 仅型号命名及外观装饰不同，其他均相同。差异不影响产品安全性和性能		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

谢记洋

审核：

龙涛

批准：

赵反中