

检验检测报告



报告编号：中为检字第 240727005 号

产品名称：掺铒光纤激光治疗机

产品型号：GW1033

申请公司：武汉唐济医疗科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	掺铒光纤激光治疗机	产品型号	GW1033
申请单位名称	武汉唐济医疗科技有限公司	申请单位地址	武汉东湖新技术开发区长城园路8号光谷精工科技园A座401室
制造单位名称	武汉唐济医疗科技有限公司	制造单位地址	武汉东湖新技术开发区长城园路8号光谷精工科技园A座401室
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 07 月 27 日
样品数量	1 个	检测时间	2024 年 07 月 31 日-2024 年 09 月 05 日
样品状态说明	220V~ 50Hz 1500VA 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	武汉唐济医疗科技有限公司发布的《掺铒光纤激光治疗机技术要求》		
检验项目	《掺铒光纤激光治疗机技术要求》中的“2.2.1、2.2.2、2.2.3、2.2.7、2.2.8、2.2.9、2.2.10、2.2.11、2.3、2.7”		
检验结论	详见报告后续页面。 中为检验技术有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 1 月 1 日 检验检测专用章		
备注	1. 被检样品为掺铒光纤激光治疗机，其中配件包含一个脚踏以及 TJGX200、TJGX272、TJGX365、TJGX550 和 TJGX800 光纤五根光纤。除条款 2.2.3 测试中使用 TJGX200、TJGX272、TJGX365、TJGX550 和 TJGX800 光纤外，其余测试均采用 TJGX800 光纤完成测试。 2. 该产品技术要求部分涉及国家标准、行业标准，不能直接作为资质认定许可的依据，本实验室对报告涉及的检测项目具备相应的承检能力。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：蒙江羽

审核：龙清

批准：李反中