

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2412260040201 号

产品名称：脑电图机

产品型号：Grade EEG V48

申请公司：深圳市泽康精密仪器有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	脑电图机	产品型号	Grade EEG V48
申请单位名称	深圳市泽康精密仪器有限公司	申请单位地址	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区花样年乐年广场 13 号楼 A 单元 302-303
制造单位名称	深圳市泽康精密仪器有限公司	制造单位地址	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区花样年乐年广场 13 号楼 A 单元 302-303
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 12 月 26 日
样品数量	1 套	测试时间	2024 年 12 月 26 日
样品状态说明	电源条件：100-240V~ 50/60Hz 输出功率：30VA 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	广东省深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 108 号 C 栋 2 楼 114。		
检验依据	YY/T 1534-2017 《医用 LED 设备光辐射安全分类的检测方法》		
判定依据	同检验依据。		
检验项目	医用 LED 设备光辐射安全分类。		
检验结论	依据 YY/T 1534-2017 进行分类，产品的危害等级为无危险类。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 01 月 06 日		
备注	1.该产品技术要求中闪光刺激灯光源宣称波长范围 350nm-800nm，实测波长范围 410nm-770nm。 2.产品以脉冲波工作，脉冲重复频率调节范围为 1-30Hz，本次测试考量上下极限。 3.产品编号/批号：2023110001；生产日期：2023 年 11 月 1 日(申请方提供)。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：对该项不作判断。		

编制：周裕高

审核：龙涛

批准：赵反中