

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2411110130101 号

产品名称：ICG-NIR 荧光成像内窥镜冷光源模组

产品型号：主机：RFFM-1723P 光纤：春辉 5 米光纤

申请公司：英格尔检测技术服务（上海）有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	ICG-NIR 荧光成像内窥镜冷光源模组	产品型号	主机：RFFM-1723P 光纤：春辉 5 米光纤
申请单位名称	英格尔检测技术服务（上海）有限公司	申请单位地址	上海市闵行区瓶北路 155 号
制造单位名称	英格尔检测技术服务（上海）有限公司	制造单位地址	上海市闵行区瓶北路 155 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2024 年 06 月 28 日
样品数量	1 套	测试时间	2024 年 11 月 27 日-12 月 03 日
样品状态说明	供电额定电压:220V~ 50/60Hz，供电额定电流：2.0A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	广东省深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 108 号 C 栋 2 楼 114		
检验依据	YY 9706.257-2021 医用电气设备 第 2-57 部分：治疗、诊断、监测和整形/医疗美容使用的非激光光源设备基本安全和基本性能的专用要求		
判定依据	同检验依据		
检验结论	详见后续报告页面。 （检验检测专用章） 签发日期：2024 年 12 月 31 日 检验检测专用章		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：不做此项测试。		

编制：谢远洋

审核：龙涛

批准：赵民中