

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2501080070101R 号

产品名称：脑电图机

产品型号：Grade EEG V48

申请单位：深圳市泽康精密仪器有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	脑电图机	产品型号	Grade EEG V48
申请单位名称	深圳市泽康精密仪器有限公司	申请单位地址	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区花样年乐年广场 13 号楼 A 单元 302-303
生产单位名称	深圳市泽康精密仪器有限公司	制造单位地址	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区花样年乐年广场 13 号楼 A 单元 302-303
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 01 月 13 日
样品数量	1 套	测试时间	2025 年 01 月 13 日
样品状态说明	电源条件：100-240V~ 50/60Hz 输出功率：30VA 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检测项目	技术要求 2.16.1/2.16.2		
检验依据	深圳市泽康精密仪器有限公司发布的《脑电图机技术要求》		
检验结论	所检项目符合检验依据要求，详见报告后续页面。 签发日期：2025 年 01 月 17 日		
备注	1.该产品技术要求中闪光刺激灯光源宣称波长范围 350nm-800nm。 2.产品以脉冲波工作，脉冲重复频率调节范围为 1-30Hz，本次测试考量上下极限。 3.产品编号/批号：2023110001；生产日期：2023 年 11 月 1 日(申请方提供)。 4. 该产品技术要求部分涉及国家标准、行业标准，不能直接作为资质认定许可的依据，本实验室对报告涉及的检测项目具备相应的承检能力。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

周裕高

审核：

龙涛

批准：

赵反中