

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2412200020501 号

产品名称： 医用内窥镜冷光源

产品型号： uSurgVision LUM 220

申请公司： 武汉联影智融医疗科技有限公司

检验类别： 委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	医用内窥镜冷光源	产品型号	uSurgVision LUM 220
申请单位名称	武汉联影智融医疗科技有限公司	申请单位地址	湖北省武汉市江夏区豹澥街道高科园路 99 号
制造单位名称	武汉联影智融医疗科技有限公司	制造单位地址	湖北省武汉市江夏区豹澥街道高科园路 99 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 01 月 06 日
样品数量	1 个	测试时间	2025 年 01 月 10 日
样品状态说明	额定参数：220V~ 50Hz 2A 440W 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	uSurgVision LUM 220 型医用内窥镜冷光源的激光安全等级为 3R 类，详见报告后续页面。  签发日期：2025 年 01 月 22 日		
备注	1, 主机激光输出口具有联锁机制，光纤未插入时不发射激光。本次测试参考点为光纤输出端口。 2, 产品同发射可以通过调节发射激光或非相干光，本次测试考量激光辐射。		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。		

编制：

周裕磊

审核：

老凌

批准：

赵文冲