

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2412200020401 号

产品名称：医用内窥镜冷光源

产品型号：uSurgVision LUM 220

申请公司：武汉联影智融医疗科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	医用内窥镜冷光源	产品型号	uSurgVision LUM 220
申请单位名称	武汉联影智融医疗科技有限公司	申请单位地址	湖北省武汉市江夏区豹澥街道高科园路 99 号
制造单位名称	武汉联影智融医疗科技有限公司	制造单位地址	湖北省武汉市江夏区豹澥街道高科园路 99 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 01 月 06 日
样品数量	1 套	测试时间	2025 年 01 月 08 日
样品状态说明	额定参数：220V~ 50Hz 2A 440W 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	广东省深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 108 号 C 栋 2 楼 114。		
检验依据	YY/T 1534-2017 《医用 LED 设备光辐射安全分类的检测方法》		
判定依据	同检验依据。		
检验项目	医用 LED 设备光辐射安全分类。		
检验结论	依据 YY/T 1534-2017 进行分类，产品的危害等级为 2 类危害。 (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 01 月 22 日		
备注	1, 主机激光输出口具有联锁机制，光纤未插入时不发射非相干光。本次测试参考点为光纤输出端口。 2, 产品同发射可以通过调节发射激光或非相干光，本次测试考量非相干光辐射。		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。 -: 对该项不作判断。		

编制：

周裕高

审核：

龙涛

批准：

赵反中