

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2502190130101 号

产品名称： 分布式光纤测温系统

产品型号： JQ-CQCW-02

申请公司： 杭州巨骐信息科技股份有限公司

检验类别： 委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	分布式光纤测温系统	产品型号	JQ-CQCW-02
申请单位名称	杭州巨骐信息科技股份有限公司	申请单位地址	浙江省杭州市富阳区富闲路 898 号
制造单位名称	杭州巨骐信息科技股份有限公司	生产单位地址	浙江省杭州市富阳区富闲路 898 号
来样方式	委托方送样	到样时间	2025 年 02 月 19 日
样品数量	1 个	测试时间	2025 年 02 月 21 日
样品状态说明	供电额定电压：24V _{DC} ，供电额定电流：0.5A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	分布式光纤测温系统的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。 (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 02 月 27 日 检验检测专用章		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：谢远华

审核：龙涛

批准：赵反中