

检验检测报告



报告编号：中为检字第 2503170190301 号

产品名称：相干多普勒测风激光雷达

商标/品牌：



产品型号：Wind-LG10000

申请公司：上海联赣光电科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测专用章

深圳市中为检验技术有限公司
检验检测报告

产品名称	相干多普勒测风激光雷达	产品型号	Wind-LG10000
申请单位名称	上海联赣光电科技有限公司	申请单位地址	上海市浦东新区建韵路 618 号上海联赣光电科技有限公司 3 号楼 6 楼 603 室
制造单位名称	上海联赣光电科技有限公司	生产单位地址	上海市浦东新区建韵路 618 号上海联赣光电科技有限公司 3 号楼 6 楼 603 室
来样方式	/	到样时间	/
样品数量	1 个	测试时间	2025 年 03 月 25 日
样品状态说明	供电额定电压：220V~ 50/60Hz，供电额定功率：500W。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	相干多普勒测风激光雷达的激光安全等级为 1M 类，详见报告后续页面。 (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 03 月 29 日		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

谢廷洋

审核：

老涛

批准：

赵反中